M-212

ജനറൽ ആശുപത്രി, എറണാകുളം (General Hospital, Ernakulam)

ടെണ്ടർ നോട്ടീസ് (TENDER NOTICE)

നമ്പർ (No): GH-EKM/924/2026-C1 **തീയതി (Date): 04-11-2026**

എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ മെയിൻ ഓപ്പറേഷൻ തിയറ്ററിലെ ആവശ്യത്തിനായി **വീഡിയോ ലാറിംഗോസ്കോപ്പ് (Video Laryngoscope with all blades - 1 Set)** വാങ്ങി നൽകുന്നതിനായി പ്രസ്തുത മേഖലയിൽ അംഗീകൃത രജിസ്ട്രേഷനും പ്രവൃത്തി പരിചയമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ/വ്യക്തികളിൽ നിന്നും മുദ്രവെച്ച കവറുകളിൽ മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഇതോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു.

Competitive sealed tenders are invited from reputed, registered firms/individuals having experience in the field for the supply of Video Laryngoscope (1 Set with all blades) for the Main Operation Theatre at General Hospital, Ernakulam. Specifications are enclosed herewith.

വിവരങ്ങൾ / Details

- **അടങ്കൽ തുക (Estimated Amount): ₹2,00,000/-** ***(Estimated)***
- **ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില (Tender Fee + GST): ₹400/- + GST 18% (ആകെ ₹472/-)**
- **നിരതദ്രവ്യ നിക്ഷേപം (EMD - 1%): ₹2,000/-**
- **ഉപകരണത്തിന്റെ പേര് (Item Name):** വീഡിയോ ലാറിംഗോസ്കോപ്പ് / Video Laryngoscope (1 Set)

പ്രധാന തീയതികളും സമയവും / Important Dates & Time

- **ടെണ്ടർ ഫോമുകൾ വിതരണം ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി:** 04.11.2026 രാവിലെ 11.00 മണി (Start Date: 04.11.2026, 11:00 AM)
- **ടെണ്ടർ ഫോമുകൾ വിതരണം അവസാനിക്കുന്ന തീയതി:** 17.11.2026, വൈകുന്നേരം 03.30 മണി (Issue Closes: 17.11.2026, 03:30 PM)
- **ടെണ്ടർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി:** 18.11.2026, വൈകുന്നേരം 03.30 മണി (Last Date for Submission: 18.11.2026, 03:30 PM)
- **ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതി:** 19.11.2026, രാവിലെ 11.30 മണി (Tender Opening Date: 19.11.2026, 11:30 AM)

ടെണ്ടറുകൾ മുദ്രവെച്ച കവറുകളിൽ **"Tender for Video Laryngoscope in Main OT"** എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി Demand Draft രൂപത്തിലുള്ള നിരതദ്രവ്യത്തിനൊപ്പം സൂപ്രണ്ട്, ജനറൽ ആശുപത്രി, എറണാകുളം എന്ന വിലാസത്തിൽ നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ തന്നെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ആയതിന് ശേഷം സമർപ്പിക്കുന്ന ടെണ്ടറുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പും കൂടാതെയും കാരണം കാണിക്കാതെയും ടെണ്ടർ ഭാഗികമായോ പൂർണ്ണമായോ നിരസിക്കുന്നതിനും റദ്ദാക്കുന്നതിനുമുള്ള അധികാരം താഴെ ഒപ്പ് വെച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും.

Tenders in sealed covers superscribed as "Tender for Video Laryngoscope in Main OT" along with EMD in the form of a Demand Draft should be submitted in favor of the Superintendent, General Hospital, Ernakulam, within the stipulated time limit. Late tenders will be summarily rejected. The undersigned reserves the right to accept or reject any or all tenders without assigning any reason thereof.

സാങ്കേതിക സവിശേഷതകൾ (Technical Specifications)

1. ഹാൻഡിലിൽ ഘടിപ്പിച്ച കുറഞ്ഞത് 3.5 ഇഞ്ച് വലുപ്പമുള്ള LED ഡിസ്പ്ലേയും CMOS ക്യാമറയും ഉണ്ടായിരിക്കണം. / **Should be a Video Laryngoscope with a handle-mounted LED display of size at least 3.5 inch or more and CMOS Camera.**

2. VL ക്യാമറ 2 മെഗാപിക്സലിൽ കുറയാത്തതായിരിക്കണം. / **VL camera should not be less than 2 mega pixel.**

3. ശക്തമായ ആന്റി-ഫോഗിംഗ് സംവിധാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം. / **Should have a robust anti-fogging mechanism.**

4. ഇൻട്യൂബേറ്റിംഗ് സ്റ്റൈലെറ്റ് (മുതിർന്നവർക്കും കുട്ടികൾക്കും 1 വീതം) നൽകേണ്ടതാണ്. / **Should be supplied with Intubating stylet (adult & pediatric) - 1 each.**

5. എല്ലാ വലിപ്പത്തിലുള്ള എൻഡോട്രാഷ്യൽ ട്യൂബുകളും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്യൂബേഷൻ ഗൈഡ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രത്യേകമായി ഇൻട്യൂബേഷൻ നടത്തുന്നതിനുമുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. / **Should have provision to insert all sizes of endotracheal tube/ to do separate intubation with intubation guide.**

6. ഓട്ടോക്ലേവ് ചെയ്യാവുന്ന/സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാവുന്നതായിരിക്കണം. / **Should be autoclavable/Sterilizable.**

7. റീചാർജ് ചെയ്യാവുന്ന ബാറ്ററിയും റീചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യവും നൽകിയിരിക്കണം. / **Should be supplied with rechargeable battery and provision for re-charge.**

8. ബാറ്ററിയുടെ ബാക്ക്-അപ്പ് കുറഞ്ഞത് 120 മിനിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. / **The battery back-up should be at least 120 min.**

9. പീഡിയാട്രിക്, അഡൾട്ട്, ലാർജ് അഡൾട്ട് (ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഇൻട്യൂബേഷനുകൾക്ക്) എന്നിവയ്ക്കായി കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് റീയൂസബിൾ സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് ബ്ലേഡ് സൈസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. / **Should have at least three reusable stainless blade sizes for pediatric, adult and Large adult (for difficult intubation).**

10. പീഡിയാട്രിക്, നിയോനാറ്റൽ ബ്ലേഡുകൾ ഭാവിയിൽ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. / **Should have provision for future upgrade of blades paediatric and Neonatal blades.**

11. CE / US FDA / STQC അല്ലെങ്കിൽ ERTL സേഫ്റ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഹാജരാക്കണം. / **Should have safety certificate from a competent authority CE / US FDA / STQC / ERTL test report.**

12. നിർമ്മാതാക്കൾ അല്ലാത്ത പക്ഷം ഒറിജിനൽ എക്വിപ്മെന്റ് മാനുഫാക്ചറുടെ (OEM) അംഗീകൃത ഡീലർ/ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ആണെന്നതിനുള്ള സാക്ഷ്യപത്രം (Letter of Authorization) നൽകേണ്ടതാണ്. / **Dealer Authorization Requirement: Valid Letter of Authorization from the Original Equipment Manufacturer (OEM) must be enclosed.**

Digitally signed by Prebhudas R
Date: 04-11-2026 18:02:49

സൂപ്രണ്ട്
ജനറൽ ആശുപത്രി, എറണാകുളം

നോട്ടീസ് ബോർഡ്

1. **പകർപ്പ്:**

    1. എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടർ & ചെയർമാൻ, ആശുപത്രി വികസന സമിതി (ആമുഖ കത്ത് സഹിതം)
    2. ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ആരോഗ്യം), എറണാകുളം
    3. സെക്രട്ടറി, കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസ്, കൊച്ചി
    4. തഹസിൽദാർ, താലൂക്ക് ഓഫീസ്, കണയന്നൂർ
    5. ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ, ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസ്, എറണാകുളം
    6. സൂപ്രണ്ട്, ജില്ലാ ആശുപത്രി / താലൂക്ക് ആശുപത്രി / സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ആശുപത്രി (ആലുവ / ഫോർട്ട് കൊച്ചി / തൃപ്പൂണിത്തുറ / മട്ടാഞ്ചേരി)
    7. ഓഫീസ് ഫയൽ / കരുതൽ ഫയൽ / സ്റ്റോക്ക് ഫയൽ